HPLC REPORT

Structure : DISP

Cas No :

Seuqence : Trp-Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-Gly-Glu

Number : 2024051810-0011

Lot No : P240518-YY055319

Column : 4.6×250mm,Kromasil 100-5C18

Solvent A : 0.1% trifluoroacetic in 100% acetonitrile

Solvent B : 0.1% trifluoroacetic in 100% water

Gradient :

	A	B
0.01min	20%	80%
25min	45%	55%
25.1min	100%	0%
30min	STOP	

Flow rate : 1.0 mL/min

Wavelength : 220nm

Volume : 5ul



Peak No.	Ret Time	Height	Area	Conc.
1	12.685	2261.117	48436.156	1.1677
2	13.310	210681.531	4092085.750	98.6510
3	14.308	887.022	7520.298	0.1813
Total				100.0000